



вх.№ 44/15.01.2015г.

## ПРОТОКОЛ №1

от 14 януари 2015г. за дейността на комисията, назначена със заповед на Зам. ректора по „ФимБ“ на ИУ - Варна № РД-06-76/14.01.2015г. за разглеждане, оценка и класиране по реда на постъпване на подадените оферти, касаещи открита процедура за възлагане на обществена поръчка от Икономически университет – Варна по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет:

„Доставка на оборудване за развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ – Варна, включващо апарат за водна активност, настолен рН /ORP/EC/ TDS /NaCl / Temp – метър и професионален комбиниран рН метър с йон селективни електроди" във връзка с изпълнението на Договор BG051PO003- 1.2.04-0092-C0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна“, финансиран с подкрепа на на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и обявена с решение № РД-14-4787/03.12.2014г.

В 09:00 часа на 14 януари 2015г. в зала 205 на ИУ – Варна комисията се събра в състав:

1. **Председател:** инж. Александър Францев – експерт „Обществени поръчки”,

### Членове:

2. доц. д-р Андрияна Андреева - юриконсулт в ИУ – Варна;
3. Анета Великова – главен счетоводител на ИУ-Варна;
4. доц. д-р Иглика Узунова – преподавател в катедра „Стокознание“ в ИУ-Варна;
5. Владимир Новаков - експерт „Обществени поръчки”.

В залата не присъстваха представители на участниците в процедурата.

До 16.00 часа на 13.01.2015г. в канцеларията на Ректората (стая 209) на Икономически университет – Варна, беше подадена 1 /една/ оферта в запечатан и непрозрачен плик от “Биоевибул” ЕООД с вх.№ 3.1./12.01.2015г. от 9.30ч.

Комисията констатира, че предаденият плик не е разпечатан, не е с нарушена цялост и има записан входящ номер.

Съгласно чл.35, ал.1, т.3 от ЗОП членовете на комисията подписаха декларации за съответствие на обстоятелствата по чл.35, ал.1 и за спазване на изискванията по ал.2 от ЗОП.

Офертата беше отворена, при което:

1. Беше извършена проверка за наличие на пликове: № 1 с надпис "Документи за подбор"; № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" и № 3 с надпис "Предлагана цена".
2. Членовете на комисията подписаха плика с предложената цена /плик №3/.
3. Членовете на комисията подписаха съдържащите се в плик №2 документи, касаещи предложенията за изпълнение на поръчката на “Биоевибул” ЕООД.

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП комисията, след като разгледа документите в плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, констатира, както следва:

**В плик № 1 съдържащ се в оферта с вх.№ 647/27.10.2014г. на “Биоевибул” ЕООД са представени:**

Списък на документите, съдържащи се в офертата; Оферта за участие по образец; Административни сведения за участника по образец; Документи, удостоверяващи правосубектност - Участникът е вписан в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130862417 с управител Петър Вълков; Декларациите по чл.47, ал. 9 по образец подписана от управляващия

дружеството – Петър Вълков; Документ (*платежно нареждане*) за внесена гаранция за участие за сума от 250.00лв.; Копия на оторизационни писма с права за търговия и поддръжка на техниката от Desagon от 16.04.2014г. и от Milwaukee от 07.01.2015г. – производители на предлаганото оборудване съпроводени с превод, удостоверяващ верността на приложените документи; Декларация по образец, подписана от управляващия, за липса на свързаност с друг участник или кандидат; Декларация по образец по реда на чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП подписана от управляващия, че участника няма да ползва подизпълнители; Декларация по образец, че участника е съгласен с условията на проекта за договора; техническо и ценово предложение в отделен запечатан и подписан от комисията плик.

#### **Липсващи документи или нередовности:**

Комисията не установи наличие на пропуски по оформлението на документите за подбор в офертата на “Биевибул” ЕООД.

Съгласно чл. 68, ал. 7 от ЗОП, при проверка на съответствието на документите в плик №1 с изискванията за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира:

Представени са всички документи по чл.56, ал.1 от ЗОП в т.ч. документи за доказване на техническите възможности, както следва:

Участникът “Биевибул” ЕООД е представил оторизационни писма за права за представителство за търговия и поддръжка на техниката /Desagon от 16.04.2014г. и от Milwaukee от 07.01.2015г. – производители на предлаганото оборудване/, съпроводени с превод, удостоверяващ верността на приложените документи, отговарящи на минималните изисквания за технически възможности, поставени от Възложителя.

Във връзка с гореописаните констатации и на основание чл.68, ал.10 от ЗОП комисията

**РЕШИ:**

#### **ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА “БИЕВИБУЛ” ЕООД**

На основание чл.68, ал.10 от ЗОП комисията извърши проверка за съответствие на техническото предложение на участника с минималните изискванията на Възложителя дефинирани в техническата спецификация.

Констатациите на комисията са, представени в таблицата по долу:

Позиция 1 - Апарат за водна активност

По техническа спецификация		“Биовибул” ЕООД
Произход	-	САЩ
Търг. марка	-	AquaLab
Модел	-	Series 4TEV DUO
Сензори	Допълнителен сензор за летливи вещества като пропилен гликол и етанол. Измервателен сензор: комбиниран измервателен блок с дупойнт и капацитивен сензор за активност на водата; Инфрачервен сензор за измерване на температура.	Допълнителен сензор за летливи вещества като пропилен гликол и етанол. Измервателен сензор: комбиниран измервателен блок с дупойнт и капацитивен сензор за активност на водата; Инфрачервен сензор за измерване на температура.
Обхват на измерване	не по-малък от 0,03 до 1,00aw	0,030 ... 1,000 a <sub>w</sub>
Точност	не по-малка от ± 0,03aw	± 0,003 a <sub>w</sub>
Резолуция	не по-малка от ± 0,001aw	± 0,0001 a <sub>w</sub>
Гаранция	2 години	Възможност за температурен контрол на измерването от 15 °С до 50 °С /стъпка ± 0,2 °С/
Сервизно обслужване в гаранционния срок	2 години	2 години
		“Биовибул” ЕООД – гр.София

Позиция 2 - Настолен рН /ORP/EC/ TDS /NaCl / Temp / Темпер – метър

	По техническа спецификация	“Биовибул” ЕООД
Произход	-	САЩ/Унгария/Румъния
Търг. марка	-	Milwaukee
Модел	-	Mi180
рН обхват	от -2,00 до 16, 00 (или по-голям)	от -2,00 до 16, 00 рН
mV обхват	± 2000 mV	± 2000 mV и ± 699.9 mV
Температурен обхват	от - 20, 0 до 120,0° C	от - 20, 0 до 120,0° C
рН резолюция	не по- малка от 0,01 рН	0,01 рН; 0,001 рН
рН точност	не по- малка от ± 0,01	± 0,01 рН; 0,002 рН
рН калибриране	автоматично в не по-малко от 3 точки	автоматично в 1,2 или 3 точки по избор
Интерфейс	PC интерфейс.	PC интерфейс - PS232 или USB.
Гаранция	2 години	2 години
Сервизно обслужване в гаранционния срок		“Биовибул” ЕООД – гр.София

Позиция 3 - Професионален комбиниран рН метър с йон селективни електроди

	По техническа спецификация	“Биевибул” ЕООД
<i>Произход</i>	-	САЩ/Унгария/Румъния
<i>Търг. марка</i>	-	Milwaukee
<i>Модел</i>	-	Mi160
рН обхват	от -2,00 до 16,00 (или по-голям)	-2,00 ... 16,00 рН
mV обхват	± 2000 mV	± 2000 mV
Температурен обхват	не по-малък от 0 до 100°C	от - 20, 0 до 120,0 °C
рН резолюция	не по-малка от 0,01 рН	0,01 рН
рН точност	не по-малка от ± 0,01	± 0,01 рН
рН калибриране	автоматично в не по-малко от 3 точки	Автоматично в 1,2 или 3 точки по избор
Интерфейс	PC интерфейс	PC интерфейс - PS232 или USB.
Електроди	Йон селективни електроди за мед и нитрати	рН електрод; йон селективен електрод за мед; йон селективен електрод за нитрати.
Гаранция	2 години	2 години
Сервизно обслужване в гаранционния срок		“Биевибул” ЕООД – гр.София

В техническото си предложение участникът предлага обезпечаване на сервизно обслужване през гаранционния срок на доставените изделия, доставка на оборудването до 30 календарни дни, монтаж, пускане в експлоатация и обучение до 5 календарни дни след доставката, представяне на сертификати, декларации за съответствие и технически описания /в превод на български език/.

В своята съвкупност от отделни елементи представеното техническо предложение за апарат за водна активност, настолен рН /ORP/EC/ TDS /NaCl / Temp – метър и професионален комбиниран рН метър с йон селективни електроди, представено от “Биевибул” ЕООД покрива минималните изисквания на Възложителя дефинирани в техническата спецификация.

Във връзка с гореописаните констатации и на основание чл.69“а“, ал.3 от ЗОП, комисията

### РЕШИ:

**I. ДОПУСКА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА “БИОЕВИБУЛ” ЕООД.**

**II. Ценовото предложение ще бъде отворено от 09:00 часа на 21 януари 2015 г. в зала 205 на Учебен блок – 1 на Икономически университет – Варна, бул.“Княз Борис I“ №77, гр.Варна.**

**III. В срок до 16 януари 2015г. да бъде обявено в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовата оферта.**

### КОМИСИЯ:

1. Александър Францев.....
2. Андриана Андреева.....
3. Анета Великова.....
4. Иглика Узунова .....
5. Владимир Новаков.....



# ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

9002 Варна • бул. "Княз Борис I" 77 • Телефон 052 643360 • Факс 052-643365 • www.ue-varna.bg

Вх. № 55/22.01.2015 г.

За Възложителя

Приел:.....

/проф. д-р Стоян Стоянов – Зам. ректор „ФимБ“/

Дата на приемане: 22.01.2015г.

## ПРОТОКОЛ № 2

(продължение на Протокол №1 от 14 януари 2015г. вх. № 44/15.01.2015г.)

от 21 януари 2015г. за дейността на комисията, назначена със заповед на Зам. ректора по „ФимБ“ на ИУ - Варна № РД-06-76/14.01.2015г. за разглеждане, оценка и класиране по реда на постъпване на подадените оферти, касаещи открита процедура за възлагане на обществена поръчка от Икономически университет – Варна по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет:

„Доставка на оборудване за развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ – Варна, включващо апарат за водна активност, настолен рН /ORP/EC/ TDS /NaCl / Temp – метър и професионален комбиниран рН метър с йон селективни електроди“ във връзка с изпълнението на Договор BG051PO003- 1.2.04-0092-S0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна“, финансиран с подкрепа на на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и обявена с решение № РД-14-4787/03.12.2014г.

В 09:00 часа на 21 януари 2015г. в зала 205 на ИУ – Варна комисията се събра в състав:

1. **Председател:** инж. Александър Францев – експерт „Обществени поръчки”,
- Членове:**
2. доц. д-р Андрияна Андреева - юриконсулт в ИУ – Варна;
3. Анета Великова – главен счетоводител на ИУ-Варна;
4. доц. д-р Иглика Узунова – преподавател в катедра „Стокознание“ в ИУ-Варна;
5. Владимир Новаков - експерт „Обществени поръчки”.

В залата не присъстваха представители на участниците в процедурата, техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

В съответствие с чл. 69 „а”, ал. 3 от ЗОП председателят на комисията обяви участникът „Бионовибул” ЕООД за допуснат за отваряне на ценова оферта, съгласно Протокол №1 от 14 януари 2015г. вх. № 44/15.01.2015г. при съответствие на офертата му с предварително обявените от възложителя условия.

Беше отворен пликът с ценовото предложение (Плик № 3). Беше оповестена предложената цена за доставката на апарат за водна активност, настолен рН /ORP/EC/ TDS /NaCl / Temp – метър и професионален комбиниран рН метър с йон селективни електроди в размер общо на 25 030.32лв. /двадесет и пет хиляди и тридесет лева и тридесет и две стотинки/ без включен ДДС.

**Резултати от разглеждане и оценяване на ценовата оферта на допуснатия участник:**

Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП комисията направи проверка дали офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Предвид обстоятелството, че в процедурата има подадена само една оферта и средна стойност не може да бъде изчислена, разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП е неприложима по отношение на ценовото предложение на участника.

Участникът "Биевибул" ЕООД е представил ценова оферта в оригинал по приложения в документацията образец при предложена цена ненадвишаваща прогнозната стойност от 25 700,92лв. /двадесет и пет хиляди и седемстотин лева и деветдесет и две стотинки/, без включен ДДС.

Комисията констатира, че предложената ценова оферта е редовна и отговаря на условията на възложителя.

Съгласно изискванията на чл.71, ал.3 от ЗОП, комисията класира участникът, чието предложение отговаря на обявените от Възложителя условия, както следва:

1. "Биевибул" ЕООД.

Съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП, настоящият протокол, съставен на 22 януари 2015г. и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя.

**КОМИСИЯ :**

1. Александър Францев.....
2. Андрияна Андреева.....
3. Анета Великова.....
4. Иглика Узунова.....
5. Владимир Новаков.....