



ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Изх. № РД-14-806/25.07.2014г.

До  
лицата получили документация за участие в  
открита процедура за възлагане на обществена  
поръчка от Икономически университет - Варна за  
"Доставка на оборудване за развитие на  
приложните изследвания за безопасност на стоките  
в ИУ - Варна" обявена с решение № РД-14-  
2380/04.07.2014г.

## РАЗЯСНЕНИЕ

по реда на чл.29, ал.1 от ЗОП

**Относно:** Искане за разяснение от лице получило документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка от Икономически университет - Варна за "Доставка на оборудване за развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна" обявена с решение № РД-14-2380/04.07.2014г.

Уважаеми господа,

**Във връзка с чл. 29, ал.1 и ал.2 от ЗОП и по повод поисканото разяснение по документацията, както следва:**

**1. „Обособена позиция 5 /Подпозиция 5.2 – Ротационен вакуум изпарител.**

**Въпрос 1:** Не е посочено дали трябва да бъде хоризонтален или вертикален или да Ви предложим по-евтиния модел.“

**Правим следните уточнения:**

Предвид целите на проекта ротационен вакуум изпарител в комплект с вертикален или с хоризонтален хладник удовлетворяват изискванията на възложителя.

Възложителят няма допълнителни изисквания относно вида на хладилника включен в конфигурацията на **ротационния вакуум изпарител.**

РЕКТОР НА ИУ ВАРНА

(проф. д-р/Пармен Илиев)

